

Attelle Cervico Thoracique - Immobilisateur de rachis SED



L'Attelle Cervico Thoracique - Immobilisateur de rachis SED est un **dispositif conçu pour l'extraction et l'immobilisation du rachis cervical et thoracique dans toutes les situations d'urgence**. Ce système est spécialement adapté aux personnes présentant des suspicions de traumatisme au niveau des vertèbres, des hanches ou du bassin. Ce dispositif est **livré complet avec son sac de transport robuste et pratique, ses sangles ventrales colorées et son coussin de nuque**.

Référence 112070

Description du produit :

Caractéristiques principales :

- Poignées d'extraction dorsales et latérales : Permettent une prise en main pratique et sécurisée lors de l'extraction du patient.
- Sangles ventrales colorées et sangle frontale : Offrent un ajustement précis et un maintien optimal de l'immobilisation.
- **Système de fixation rapide** : Facilite une immobilisation instantanée de la colonne vertébrale, garantissant la sécurité du patient pendant l'extraction.
- Mentonnière et coussin de calage : La mentonnière assure une stabilité supplémentaire de la tête, tandis que le coussin garantit un calage confortable et sécurisé de la nuque.
- **Dispositif radio-transparent** : Permet de réaliser des examens radiologiques sans nécessiter de retrait de l'attelle.
- Dimensions : 860 x 820 mm, une taille adaptée pour une utilisation universelle tout en offrant un confort optimal au patient.
- Poids : 3 kg (avec sac et accessoires), léger et facile à transporter.

Accessoires inclus :

- Sac de transport robuste et pratique : Assure la protection et le transport facile de l'attelle et de ses accessoires.
- Sangles ventrales colorées : Pour un ajustement rapide et sécurisé.
- Coussin de nuque : Pour un maintien confortable et sécurisé de la tête pendant l'immobilisation.

L'Attelle Cervico Thoracique - Immobilisateur de rachis SED est un équipement essentiel pour les situations d'urgence, offrant à la fois sécurité, rapidité d'intervention et confort pour le patient.

Garantie: 1 An Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: Immobilisateur de rachis SED

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - L'opérateur doit d'abord lire le manuel, faire fonctionner le produit correctement et l'examiner avant utilisation **Fabricant:** SPENCER S.R.L

Marquage CE: Dispositif médical de classe I conformément au règlement européen UE 2017/745

