

Lancettes sécurité BD Sentry™ 28g - La boîte de 100



Lancettes sécurité BD Sentry™ avec aiguille, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire. Elles s'activent par bouton poussoir, **la mise en sécurité après la ponction est automatique et irréversible**. Aiguille en acier inoxydable de grade chirurgical, bouton poussoir et corps de la lancette en polypropylène. **Usage réservé aux professionnels.**

Référence 666050

Description du produit :

Caractéristiques générales des Lancettes sécurité BD Sentry™ 28g - La boîte de 100

- **Matériaux:** Aiguille : Acier inoxydable de grade chirurgical. Bouton poussoir : Polypropylène. Corps de la lancette : Polypropylène. Ressort d'activation et de rétraction : Fil d'acier recouvert de zinc. Support de fixation de l'aiguille et protecteur d'aiguille : Polystyrène. Ne contient pas de latex
- **Stérilité:** Niveau de stérilité : 10-6 SAL (Sterility Assurance Level= Niveau d'Assurance de Stérilité). Mode de stérilisation : par irradiation (rayon gamma) conforme à la norme. Internationale EN ISO 11137
- **Conservation:** Durée de vie du produit : 5 ans

Caractéristiques spécifiques des Lancettes sécurité BD Sentry™ 28g - La boîte de 100

- Référence de commande: 369528
- Diamètre: (aiguille) Aiguille 28G (0,36 mm)
- Profondeur de la ponction: 1.5 mm
- Code Couleur: Orange
- Applications Glycémie capillaire : 1 goutte de sang

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Lancettes sécurité BD Sentry™

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation - **Onglet DOCUMENTATION** - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Usage réservé aux professionnels.**

Fabricant: BD Belliver Industrial Estate – Plymouth PL6 7BP (UK) - Certification ISO 13485:2003 par le BSI (n°FM79169)

Représentant européen: BD Belliver Industrial Estate – Plymouth PL6 7BP (UK)

Normes applicables au dispositif médical: Directive européenne 93/42/CEE. Certificat de marquage CE n°583593 délivré par le BSI (British Standards Institution, n°0086) – Disponible sur demande

Classe du dispositif médical: IIa (règle 6 – Annexe IX)