médic affaires
Matériel médical professionnel
www.medicaffaires.com

Masque à oxygène moyenne concentration – Adulte ou Pédiatrique - Tubulure 2,10 m – Sans DEHP



Masque à oxygène à concentration moyenne destiné à l'administration d'oxygène par voie nasale ou orale. Fabriqué en PVC souple et transparent sans DEHP, **il favorise le confort du patient et permet une surveillance visuelle aisée pendant son utilisation.**
Sa conception en plastique très souple et transparent facilite la surveillance du patient tout en offrant un bon niveau de confort.
- Disponible en version **adulte ou pédiatrique (au choix),** avec tubulure à oxygène de 210 cm
- PVC souple et transparent
- Surveillance visuelle facilitée
- Conçu pour le confort du patient
- **Sans DEHP**
- Sans latex de caoutchouc naturel
- Emballage individuel

Référence 326040

Description du produit :

- Les entrées d'oxygène et de dilution de l'air sont situées à l'avant du masque. De l'air ambiant supplémentaire peut être introduit par les évents d'expiration ainsi qu'au niveau du pourtour du masque.
- Le masque est maintenu à l'aide d'une **lanière élastique sans latex de caoutchouc naturel** et dispose d'une **pince-nez en aluminium** permettant son ajustement.

Composition
- Masque, tubulure à oxygène, connecteur et tubulure d'alimentation : chlorure de polyvinyle (PVC) sans DEHP.
- Œillet : polypropylène.
- Pince-nez : aluminium.
- Lanière de fixation élastique : nylon et spandex, sans latex de caoutchouc naturel.

Références disponibles- Masque à oxygène moyenne concentration **Adulte** - Ref 326040M / Fabricant 1041S- Masque à oxygène moyenne concentration **Pédiatrique** - Ref 326045M / Fabricant 41042S

Normes - Classification - Mentions obligatoires

médic affaires
Matériel médical professionnel
www.medicaffaires.com

Désignation: Adulte: Masque à oxygène allongé à concentration moyenne avec tubulure de 2,1 m- Pédiatrique: Masque à oxygène allongé à concentration moyenne avec tubulure de 2,1 m
Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.
Fabricant / Distributeur: Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd / Medline International France SAS
Classe du dispositif médical: IIa, non stérile
Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.